

湖北省计量测试技术研究院

Hubei Institute of Measurement and Testing Technology

地址 (Add): 湖北省武汉市东湖新技术开发区
茅店山中路二号

网址 (Web site): <http://www.hbjl.gov.cn>

邮编 (Post Code): 430223

电话 (Tel): 027-81925136

传真 (Fax): 027-81925137

中国校准服务联合体
China United Calibration Service

CUC

REGISTRATION NO. 002

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: [2019DW03181363]

Certificate No.

委托方名称 Customer	安徽水工程质量监督检测所
委托方地址 Address	安徽省马鞍山市和县乌江镇驷马山引江工程管理处
器具名称 Name Of Sample	运动粘度测定仪
制造厂商 Manufacturer	武汉华意电力科技有限公司
型号规格 Model/Type	YND-H
器具编号 No Of Sample	YND-H-2019108

证书专用章
Stamp



校准日期 Calibration date	2019 年 09 月 27 日 Y M D
建议再校日期 Recommended recal.date	2020 年 09 月 26 日 Y M D

证书批准人 Approved by	李洪卫
核验员 Checked by	李志斌
校准员 Calibrated by	李建文

本次校准所使用的测量装置均溯源至保存在中国计量科学研究院的国家计量基准。中国计量科学研究院于1999年代表中国签署了国际间“国家计量基准及国家计量研究院出具的校准和测量证书相互承认协议”。

The measuring equipment used in the calibration is traceable to national primary standards maintained in National Institute of Metrology (NIM). NIM is the signatory to the Mutual Recognition Arrangement (MRA) for national measurement standards and for calibration and measurement certificates issued by national metrology institutes.



湖北省计量
证书

● 本院是政府计量行政管理部门依法设立的法定计量检定机构

This laboratory is a legal metrological verification institution established by the government metrological administrative department according to law.

● 本院质量管理体系符合ISO/IEC17025标准的要求。

The quality management system for laboratory complies with ISO/IEC 17025 standards.

● 本次校准的技术依据 (名称、代号)

Reference documents for the Calibration (Name、Code)

参照: JJF 1101—2003 环境试验设备温度、湿度校准规范

● 本次校准所使用的主要计量标准器具

Main standards of measurement used in the Calibration

设备名称

Name of Equipment

多点温湿度测试仪

型号/编号

Model/Serial No.

WDT-2/1273

证书号/有效期

Certificate No./Due Date

2019DW0540057/2020-01-03

测试技术
骑缝章

● 校准环境条件

Environmental condition on the Calibration

温度: 20.6℃

Temperature

气压: ——

Pressure

相对湿度: 43 %

R.H.

地点: 水果湖B220

Place

其它: ——

Others

原始记录编号: 2019DW03181363

Record No.

本校准结论, 仅对受校样品的本次校准有效。

It's Effect That Results of This Report Relate Only To The Sample(s) Calibrated.

未经本院许可, 不得部分复制本证书。

校准数据/结果

Data/Results of Calibration

设定温度: 40.0 °C;
显示温度: 40.0 °C;
实测温度: 40.03 °C
$U=0.2$ °C $k=2$

---以下空白---

研究院